

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 07.10.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Affenpockenvirus (418):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Affenpockenvirus (DNA) - qualitativ

Orthopockenvirus (DNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

67599

Dr. med. Werner Mohren
Institut für Pathologie,
Molekularpathologie, Zytologie
Perlasberger Str. 41
94469 Deggendorf

Düsseldorf, 27.10.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 07.10.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusgenom-Nachweis - Affenpockenvirus (418):

Affenpockenvirus (DNA) - qualitativ

Orthopockenvirus (DNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

67599

Dr. med. Werner Mohren
Institut für Pathologie,
Molekularpathologie, Zytologie
Perlasberger Str. 41
94469 Deggendorf

Düsseldorf, 27.10.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

67599: Dr. med. Werner Mohren
Institut für Pathologie,
Molekularpathologie, Zytologie

Ringversuch vom 07.10.2022

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

418

Virusgenom-Nachweis - Affenpockenvirus

Affenpockenvirus (DNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			+
LightMix Modular Monkeypox Virus		PCR / NAT (395)	TIB MOLBIOL (TM)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	418001	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	418002	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	418003	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
	418004	positiv (3)	positiv (3)	SW		+

Orthopockenvirus (DNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			+
LightMix Modular Orthopox Virus		PCR / NAT (395)	TIB MOLBIOL (TM)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	418001	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	418002	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	418003	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
	418004	positiv (3)	positiv (3)	SW		+